ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 2155 B | Fecha Inicio: 11/07/22 9:46 | Fecha Fin: 11/32/22 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

APTA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Voz)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Voz)	FILTROS (5 - Voz)	BASE (5 - Voz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	8890	6.2	98.6	5	5	5	Lo	5	5	5	5	5	5	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5		Con Sobrecalentamiento						

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CALIBRACION/VALIDACION

PRUEBAS SIMULADAS PARA VERIFICAR EL NIVEL DE LAS ALARMAS Y SELECTIVIDAD EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Voz)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Voz)	FILTROS (5 - Voz)	BASE (5 - Voz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	8890	6.1	94.8	5	5	5	Lo	5	5	5	5	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO