



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OMI-MAN-PR-028
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **M-1812B** Fecha Inicio: **7:33** Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Filtro central (desgastado)		X		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descendión	Flujo	"Flujo a 0"				BASE (0-100)	MANEJA (0-100)	(0-100)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	21402	63	95.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mont preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 90 min		Generó Alarma: X		Causa: _____		Módulo: _____		4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X		Módulo: _____				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANEJERAS: X		Módulo: _____		4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X		Módulo: _____					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA: SI		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agotado o fuerte	fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manosera de agua	1			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cero flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	La
3	Desconexión eléctrica	Activa alarma sonora	OK
4	Desconexión activa de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Controla purgadora de aire de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descendión	Flujo	"Flujo a 0"				BASE (0-100)	MANEJA (0-100)	(0-100)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	21401	61	94.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Funciona correctamente	
														PRIMA MANTENIMIENTO	Walter...