ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-069
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-2856B	Fecha Inicio	16/02/22 7:33	Fecha Fin	16/02/22 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	ASEDANO		CANTIDAD	REPORTE		REPUESTO	CAMBIADO
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	8408	5.7	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal preventivos

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Buenas X		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo					

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	8409	6.0	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G