ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GM2-MANTENIMIENTO
Versión: 1	Fecha Actualización: 10/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	
No. Orden					

Código Equipo	SNO193977	Fecha Inicio	19/01/22 9:13	Fecha Fin	19/01/22 10:32

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

TALLA	CANT.	DESCRIPCIÓN									
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULADOR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(0-7 PSI)	(20%-90%)	(0-5lm)	Desconexión (0-5Hz)	Pila (0-5Hz)	"Flujo o 0" (0-5Hz)	(0-1bar)	(0-1bar)	(0-1bar)	BASE (0-100%)	MANILA (0-100%)	(0-1bar)	
	60	6.2	93.7	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Sonerd Alarma	No	60	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	OK pues le
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Obstruir flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - R3)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L R3 Rojo o LED amarillo y (L1-L3-L2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULADOR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(0-7 PSI)	(20%-90%)	(0-5lm)	Desconexión (0-5Hz)	Pila (0-5Hz)	"Flujo o 0" (0-5Hz)	(0-1bar)	(0-1bar)	(0-1bar)	BASE (0-100%)	MANILA (0-100%)	(0-1bar)	
	60	6.2	93.1	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmor G.