ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 4342 B | Fecha Inicio: 21/12/22 9:02 | Fecha Fin: 21/12/22 10:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PASOS DE MANTENIMIENTO

PASOS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5v/Min)	Pila (5v/Min)	"Flujo a 0" (3.0-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/Min)	OBSERVACIONES
	22012	5.1	37.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7 J
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Fomix	1			

PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACIÓN DE ALARMAS (REALIZADAS EN CALIBRACIÓN)

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PASOS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5v/Min)	Pila (5v/Min)	"Flujo a 0" (3.0-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/Min)	OBSERVACIONES
	22043	6.1	94.0	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G