ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-681B | Fecha Inicio: 21/02/22 7:31 | Fecha Fin: 21/02/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS REGISTRO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Aire)	Pila (El Aire)	"Flujo a 0" (LOSS)	REJILLAS (El Aire)	FILTROS (El Aire)	BASE (El Aire)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MZ)	MANIJA (El - MZ)	RUEDAS (El Aire)	OBSERVACIONES
21/02/22	60	94.9	5l		5l	5l	ES	5l	5l	5l	Si	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y ALLO-ES)	Activo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARAMETROS SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Aire)	Pila (El Aire)	"Flujo a 0" (LOSS)	REJILLAS (El Aire)	FILTROS (El Aire)	BASE (El Aire)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MZ)	MANIJA (El - MZ)	RUEDAS (El Aire)	OBSERVACIONES
21/02/22	60	93.7	5l		5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.