ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2954B	Fecha Inicio	22/02/22 9:23	Fecha Fin	22/2/22 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACTIVIDADES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 6s)	FILTROS (5l - 6s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6s)	MANGUERA (5l - 6s)	RUEDAS (5l - 6s)	OBSERVACIONES
	1792	6.3	94.7	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l		Con Sobrevalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	OK / fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 6s)	FILTROS (5l - 6s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6s)	MANGUERA (5l - 6s)	RUEDAS (5l - 6s)	OBSERVACIONES
	1794	6.0	93.5	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO