

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMAS Codigo: GAG-MAN-19-03 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2019 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin			
NW-17023		9.20		22/07/22		11:01	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				SI	SI	SI		
1525	6.1	45.4	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Part. Pruebas
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Conect. Alarma		SI	SI		SI		SI		
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Submuestreo					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al en agua o fugo	OK parte
6	Otras:		
7	Otras:		

DESCRIPCION del diagnóstico identificado	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clase Reguladora)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonido (LED Rojo o LED amarillo y (LA, L3 - E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				SI	SI	SI		
1527	6.0	43.7	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Financiam. Concentrador
FIRMA MANTENIMIENTO														Walter G.	