



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 00
 Código: ORD-004-FR-03
 Versión: Fecha Actualización: 01/05/2016
 Página: 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **M-862 B** Fecha Inicio: **25/02/22** 7:31 Fecha Fin: **25/02/22** 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
TALLA	DATO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONDICIÓN	REPARADO	REPARADO	REPARADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES				
					DESCONEXIÓN	PIA	"Fuga a B"	RELLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS						
	000	6.7	75.7	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo Lo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No												
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No			3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X											
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	OX
6	Otro:		OX
7	Otro:		OX

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro interno	2			
	Familia	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a B (Cilindro fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Fuga Maquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de rojo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alta	Control manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otro:		OX
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES				
					DESCONEXIÓN	PIA	"Fuga a B"	RELLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS						
	72700	6.3	94.2	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO	Correctivo mant. laborator.