

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: OX-AMN-FR-001 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2019 Página 1 de 2	
Fecha Realizada	Revisión #	Asesor Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	MN-46390		Fecha Inicio	26/07/22	7:30	Fecha Fin	26/07/22 9:12
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
ALTA TERCERA OLEA		SI	NO	CANTIDAD		REPERTEO CANTIDAD	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANERA (SI/NO)		
21180	6.3	94.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Cual?						
3. RUÍDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANDUERAS		Bajo		Unión		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Melo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Exento Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cerrar flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LI-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactiva línea eléctrica	OK
5	Adición de válvula de alivio	Controlar mangara de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANERA (SI/NO)		
21180	6.1	92.7	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Financia Correctamente William G
TITULO		FECHA		CANTIDAD		REPERTEO		CANTIDAD		REPERTEO				