ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-029
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

GENERALIDADES DEL EQUIPO

Código Equipo	NW-2387-B	Fecha Inicio	26/07/22 9:18	Fecha Fin	26/07/22 11:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

CAUSA	DAÑO	CLASE CUAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO REALIZADO POR TECNICO

Es Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo = 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 95%)	(0-Nm)	(0-Nm)	(0-Nm)	(LO-ES)	(0 - Nm)	(0 - Nm)	(0 - Nm)	(0-Nm) (01 - 04)	(0-Nm) (12 - 14)	(0-Nm)	
	19069	6.2	87.6	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1. Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	33 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	No
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica tonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

Es Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo = 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 95%)	(0-Nm)	(0-Nm)	(0-Nm)	(LO-ES)	(0 - Nm)	(0 - Nm)	(0 - Nm)	(0-Nm) (01 - 04)	(0-Nm) (12 - 14)	(0-Nm)	
19097	6.2	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO