ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/16
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	SNC194020	Fecha Inicio	28/02/22 7:34	Fecha Fin	28/02/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PROCEDENTE	FICHA SISTEMATIZADA	
					SI / No	
					SI / No	
					SI / No	
					SI / No	
					SI / No	
					SI / No	
					SI / No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (85% - 89%)	FLUJÓMETRO (50-lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (51-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (51-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (51-No)	FILTROS (51- No)	BASE (51- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (51 - NO)	RUEDAS (51-No)	OBSERVACIONES
	4000	6.4	90.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	SI		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.82
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Equipo a 3 L/min maneja una concentración por encima de 90%

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK fuerte
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (85% - 89%)	FLUJÓMETRO (50-lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (51-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (51-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (51- No)	FILTROS (51- No)	BASE (51- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (51 - NO)	RUEDAS (51-No)	OBSERVACIONES
	4009	6.4	90.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO