ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	NV-4963	Fecha Inicio	20/12/21 10:02	Fecha Fin	20/12/21 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTADO INTERNO DE LOS COMPONENTES DE ARRANQUE

CALCAS	CANCA	CASQUILLO	Código	CANTIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL			
			Switch encendido panel Central (Descarte)	1		Si	X	No	
				1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

CALCULO CONDICIONALES TOMADOS POR PORTATIL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (0.5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5 lts)	Pila (0.5 lts)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - 1cc)	FILTROS (0 - 1cc)	BASE (0 - 1cc)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 30)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - 30)	RUEDAS (0 - 1cc)	OBSERVACIONES
	11558	6.9	97.2	Si	Si	Si	BT	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 min	Generó Alarma	No		X		Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Termix	1			
	Termix	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (0.5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5 lts)	Pila (0.5 lts)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - 1cc)	FILTROS (0 - 1cc)	BASE (0 - 1cc)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 30)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - 30)	RUEDAS (0 - 1cc)	OBSERVACIONES
	11563	6.4	94.6	Si	Si	Si	BT	Si	Si	Si	029	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.