ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-028
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DE EQUIPOS

Codigo Equipo	NN-4405 B	Fecha Inicio	30/12/21 7:30	Fecha Fin	30/12/21 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA ELECTRICO (PARTES AFECTADAS DE MAYOR A MENOR)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SE REPORTA	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-6s)	Pila (El-6s)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (El - 6s)	FILTROS (El - 6s)	SAGE (El - 6s)	CODIGO DE BARRAS: BAJO (El - 5s)	ALTA (El - 5s)	RUEDAS (El-6s)	OBSERVACIONES
9652	5.6	91.7	5l	5i	5i	ES	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	EI		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	9.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica corrección neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tomix	2			

No.	Prueba / Simulacro	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EE)	EJ
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-6s)	Pila (El-6s)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (El - 6s)	FILTROS (El - 6s)	SAGE (El - 6s)	CODIGO DE BARRAS: BAJO (El - 5s)	ALTA (El - 5s)	RUEDAS (El-6s)	OBSERVACIONES
9654	6.0	90.9	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO