ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-003
Version: 1	Fecha Actualizacion: 01/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	2018040 00003 B	Fecha Inicio	04/01/22 7:29	Fecha Fin	04/01/22 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS ESTATICAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL/LE)	REJILLAS (5 Lpm)	FILTROS (5 Lpm)	BASE (5 Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (90 - 96%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (90 - 96%)	RUEDAS (5 Lpm)	OBSERVACIONES
	17498	6.2	91.9	5	5	5	LL	5	5	5	5	5	5	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		X	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Presenta baja purga						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS ESTATICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E3)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E3)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS ESTATICAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL/LE)	REJILLAS (5 Lpm)	FILTROS (5 Lpm)	BASE (5 Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (90 - 96%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (90 - 96%)	RUEDAS (5 Lpm)	OBSERVACIONES
	17498	6.2	92.6	5	5	5	LL	5	5	5	5	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO