



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MMA-FR-008
Version: 1 Fecha Actualización: 05/06/2015
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-4077B Fecha Inicio: 04/01/22 10:22 Fecha Fin: 04/01/22 12:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRO, CLASE BARRO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various maintenance checks.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento (HONOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a F"), RELLANOS (RELLANOS, FILTRO), BARRAS (CÓDIGO DE BARRAS), RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like "Mont. presiones" and "Bueno".

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as "Prueba de Fugas", "Conexión eléctrica", "Prueba de alarma" with handwritten results like "OK", "puerto", "4.8v".

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like "Fuga # 2 (Carga fuertemente)", "Fuga Masiva", "Desconexión eléctrica", "Desconexión triple de flujo", "Activación de válvula de aire".

Table with columns: En Mantenimiento (HONOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, RELLANOS, FILTRO, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like "Funcionamiento correctamente" and a signature.