

Fecha Remisión: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equip: **MM-4005 B** Fecha Inicio: **04/10/22** **8:45** Fecha Fin: **04/10/22** **10:28**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	DISCARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		"Flujo a 1"		RELLANAS	FILTROS				MACE		
					(I-NO)	(I-NO)	(I-NO)	(I-NO)							(I-NO)	(I-NO)
10211	4936.3			Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man. Preventivos	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		OK									
2. RUIDO EXTRAÑO	Si				1. ESTADO DE MANGUERAS		Buena							4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena							5.	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.3v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cama Neumático)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E3)	Lo
2	Fuga Mace	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión fuga eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangueara de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	DISCARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		"Flujo a 1"		RELLANAS	FILTROS				MACE
					(I-NO)	(I-NO)	(I-NO)	(I-NO)						
10212	6.393.7			Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Concato funcionamiento Wilmer C.

FIRMA MANTENIMIENTO