ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-3622B	Fecha Inicio	05/01/22 7:29	Fecha Fin	05/01/22 7:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	REMPLAZO		ARREGLO	
			N			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - 1m)	FILTROS (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1m)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 1m)	RUEDAS (0 - 1m)	OBSERVACIONES
	4963	6.2	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifica voltaje de la pila	9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suj/manito)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta fibra eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (0 - 1m)	FILTROS (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1m)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 1m)	RUEDAS (0 - 1m)	OBSERVACIONES
	4965	6.2	90.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Finalizar Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.