ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIONES DEL EQUIPO

Codigo Equipo	9F3020180700000 14	Fecha Inicio	05/01/22 10:22	Fecha Fin	05/01/22 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIAL SERVICIO REALIZADO O SOLICITADO POR EL CLIENTE

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS POR MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (0-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4lx)	Pila (0-4lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (0-1lx)	FILTROS (0-1lx)	BASE (0-1lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-100)	MANGA (90-140)	RUEDAS (0-1lx)	OBSERVACIONES
	4918													

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno			Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica sanación neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónico	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: No tiene acople plastico a tubo Humidificador

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (0-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4lx)	Pila (0-4lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (0-1lx)	FILTROS (0-1lx)	BASE (0-1lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-100)	MANGA (90-140)	RUEDAS (0-1lx)	OBSERVACIONES
	4918													No tiene acople

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.