# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXO-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2

| Fecha Revisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CENTRO ACONDICIONADOR DE AIRE**

| Código Equipo | NN-47473 | Fecha Inicio | 06/01/22 7:30 | Fecha Fin | 06/01/22 9:05 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO SUPERFICIAL DEL EQUIPO**

| FALLA | DAÑO | CLASIFICADO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REPUESTO | REPUESTO CAMBIADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cable de poder | 1 | | SI | X | No |
| | | | pecho Central (desgastado) | 1 | | SI | X | No |
| | | | | | | SI | | No |
| | | | | | | SI | | No |
| | | | | | | SI | | No |
| | | | | | | SI | | No |
| | | | | | | SI | | No |

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO**

Mant Correctivo

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (50 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts) | Pila (50 lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | FILTRALAS (50 lts) | FILTROS (50 lts) | ISASE (50 lts) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90) | BANDA (90 - 400) | RUEDAS (50 lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20527 | 6.0 | 94.8 | SI | SI | SI | LO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90min | Gerard Alarma | No | | SI | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena SI Con Sobrecalentamiento |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manguera Tomar | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | LO |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecte línea eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

**ESTADO SUPERFICIAL DEL EQUIPO**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (50 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts) | Pila (50 lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | FILTRALAS (50 lts) | FILTROS (50 lts) | ISASE (50 lts) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90) | BANDA (90 - 400) | RUEDAS (50 lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20529 | 6.0 | 94.6 | SI | SI | SI | LO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO