ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxilio Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	NN-1349B	Fecha Inicio	08/01/22 7:28	Fecha Fin	08/01/22 9:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

			Falla Central (Alerga, k)		k		SI	X	No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	

DIAGNÓSTICO ADICIONAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Hz)	FILTROS (5l - Hz)	BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - Hz)	RUEDAS (5l-Hz)	OBSERVACIONES
	14786.1	6.2	95.2	5l	5i	5i	ES	5i	5i	5i	Si	5i	5i	Plan P. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Sv
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Segun ruta: Baja pureza

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejilmatico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueta de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Hz)	FILTROS (5l - Hz)	BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - Hz)	RUEDAS (5l-Hz)	OBSERVACIONES
	14786.1	6.1	94.5	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5i	5i	funciona Concentrador

FIRMA MANTENIMIENTO