



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SACAMVPA-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/03/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Colpo Equipo: **MN-4114B** Fecha Inicio: **21/01/22** 9:01 Fecha Fin: **12/01/22** 15:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA IDENTIFICADA						
Fuga lateral						
Fuga Central						

En Mantenimiento	MONTOMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BATERIA	CÓDIGO DE BARRAS			BUZOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (21-22)	PIA (23-24)	"Flujo a 2"				BASE (25-26)	BASE (27-28)	BASE (29-30)		
	7006	6.4	95.5	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90m.17	General Alarma		NO								
2. RUÍDO EXTRAÑO		SI	NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Subvenciones						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila G.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 2 (Cerrar Flujo a 2)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E3)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Avante y (L1-L2-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión segura de flujo	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Activación de vibrado de alarma	Operar manopla de salida de aire de compresor	Buena
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	MONTOMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BATERIA	CÓDIGO DE BARRAS			BUZOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (21-22)	PIA (23-24)	"Flujo a 2"				BASE (25-26)	BASE (27-28)	BASE (29-30)		
	7006	6.4	92.7	SI	SI	SI	LA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Pruebas Correctamente	

Pruebas Correctamente
 Firma Mantenimiento: *[Signature]*