

<b>OXPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: SAC-604-FR-002 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/09/2016 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	W-3363 B		Fecha Inicio	13/01/22 9:33	Fecha Fin	13/01/22 9:12	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
DAÑOS IDENTIFICADOS		fallos internos					
REVISIÓN		REVISIÓN		REVISIÓN		REVISIÓN	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			ALERTAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	Fila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	REGLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BACC (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)	
SI	6352	6.3	94.7	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		X		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MARQUINAS		NO		Móvil		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena			
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre válvulas)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-02)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-03))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			ALERTAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Fila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	REGLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BACC (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
SI	6352	6.3	94.1	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente
														FIRMA MANTENIMIENTO	Wlmar G.