ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BIO-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 3

Fecha Recisión		Recisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-1567B	Fecha Inicio	15/6/22 7:20	Fecha Fin	15/6/22 9:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PERSONAL INVOLUCRADO OPERACIÓN DEL EQUIPO

CALLE	NRO	ASEGURADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DATOS DEL PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	13158	6.2	93.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueara de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (91% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	13159	6.2	91.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO