ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: BAD-MAN-FR-003
Version: 1
Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-11788 | Fecha Inicio: 15/01/22 7:29 | Fecha Fin: 15/01/22 9:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

FALLA	ACIERTO	AJUSTE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
			Switch encontrado	1		SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

OBSERVACIONES ADICIONALES

En Mantenimiento	HOMOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LS-ES)	PERILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BARRA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9384	6.5	95,0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SI	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.6, V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	LS
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LS-ES)	PERILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BARRA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9380	6.4	95,0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO