

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMAIO		
		Codigo		Fecha Inicial		Fecha Final		
		Verifica 1		Fecha Actualización: 09/03/18		Página 1 de 2		
Fecha Recibido	Remisión #	Auditor Mantenimiento				No. Orden		
CENTRACION DEL EQUIPO								
Codigo Equipo	17E755193943			Fecha Inicio	15/01/22 8:31	Fecha Fin	15/01/22 10:22	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA				SI	NO	X		
FECHA INICIO AISLAMIENTO				FECHA FIN AISLAMIENTO				
TALLER								
OBSERVACIONES								
Mont. presentia								
En Mantenimiento								
HIDROMETRO		PRESION		DEBIDO		FLUJOMETRO		
2533		8.4 95.6		SI		SI		
PRUEBAS DE ALARMA								
DESCONECTA		PIA		"Fuga a B"		REGLAR		
SI		SI		N.A		SI		
1. CILINDRO								
Tiempo de la prueba		70 min		Generó Alarma		SI		
2. RUIDO EXTRAÑO								
SI		N		3. ESTADO DE MANGUERAS		B		
4. SISTEMA DE REFRIGERACION								
SI		B		Moto		Moto		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES								
Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		
Con Sobresobrecalentamiento								
No. Prueba Descripción Resultado								
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila					OK	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					OK fuerte	
6	Otro:							
7	Otro:							
Descripción del diagnóstico identificado								
COTIZACION								
COTIZACION		DESCRIPCION		CANT		COTIZACION		
No. Prueba / Simulación Descripción Resultado								
1	Fuga + 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL-10 - E8)					N.A	
2	Fuga Mixta	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-10-E8)					N.A	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica					N.A	
5	Activación del válvula de alido	Control manguera de salida de aire de compresor					N.P	
6	Otro:							
7	Otro:							
8	Otro:							
OBSERVACIONES								
Fueron correctamente								
Firma Mantenimiento								
2535		84 95.3		SI		SI		
DESCONECTA		PIA		"Fuga a B"		REGLAR		
SI		SI		N.A		SI		
CÓDIGO DE BARRAS								
SI		SI		SI		SI		