ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NAL-2108B	Fecha Inicio	18/01/22 9:02	Fecha Fin	18/01/22 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - 4m)	FILTROS (5V - 4m)	BASE (5V - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - NO)	RUEDAS (5V-4m)	OBSERVACIONES
	27077	5.8	63.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica vinfasa de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tomas	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Si
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecte línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - 4m)	FILTROS (5V - 4m)	BASE (5V - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - NO)	RUEDAS (5V-4m)	OBSERVACIONES
	27077	6.2	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: William C.