ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-4804B	Fecha Inicio	19/01/22 9:00	Fecha Fin	19/01/22 10:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPUESTOS CAMBIADOS DE SERVICIO

FALLA	CANT.	CLASE DAÑO	REPUESTO	CANTIDAD	No. SERIE/LOTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Lateral Compartel	1		Si X		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CAMBIO DE REPUESTOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	[illegible]	[illegible]	Desconexión [illegible]	Pila [illegible]	"Flujo a 0" [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BASE [illegible]	MANIJA [illegible]	[illegible]	
	17685	6.2	90.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO X	SI		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	[illegible]	[illegible]	Desconexión [illegible]	Pila [illegible]	"Flujo a 0" (LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BASE [illegible]	MANIJA [illegible]	[illegible]	Correcto Funcionamiento
	17686	6.1	90.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]