

Fecha Emisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Asesor Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **M-4430** Fecha Inicio: **19/01/22** **7:33** Fecha Fin: **20/01/22** **9:09**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA / CASO DE PLAGA						
falla lateral					L	SI <input checked="" type="checkbox"/> No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	DISEÑO	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENOS	FILTROS	GASES	CÓDIGO DE BARRAS		JUEGOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
M059	62	91.6	SI	SI	SI	65	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		SI		Call?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o forzado	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico Identificado: **Segun ruta: Inestabilidad y baja pureza. se deja trabajando y no presento alarma o baja pureza**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo - 0 (Clase Suj/vent)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fijo Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fijo	Desconexión alarma sonora	OK
5	Activación de válvula de alido	Obtención muestra de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	DISEÑO	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENOS	FILTROS	GASES	CÓDIGO DE BARRAS		JUEGOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
M060	62	91.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO													W/llman G	