ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formato	
Código	BAO-MM-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/19
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Codigo Equipo	MV-578B	Fecha Inicio	9/01/22 7:72	Fecha Fin	09/01/22 9:14		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

PALLA	BAÑO	ELEVADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO	ACEITE	AGUA
			filtro lateral	L		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(lts)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(5-lts)	Desconexión (5-lts)	Pila (5-lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(El-lts)	(El-lts)	(El-lts)	BASE (El-lts)	MANGA (El-lts)	(El-lts)	Mant. preventivo
	11079	6.3	95.0	5	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	70 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		pues bien
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rápido)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(lts)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(5-lts)	Desconexión (5-lts)	Pila (5-lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(El-lts)	(El-lts)	(El-lts)	BASE (El-lts)	MANGA (El-lts)	(El-lts)	Finaliza correctamente
	11080	6.2	94.4	5	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO