ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NW-4415 B	Fecha Inicio	20/01/22 7:34	Fecha Fin	20/01/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	DESCRIPCION		RESPUESTO CAMBIADO	
1	Filtro Central		SI X	No
1	Switch encendido		SI X	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	DESLIGUE (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BAJOS (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	15801	65	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	SI	SI	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrico	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	DESLIGUE (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BAJOS (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	15803	64	92,0	SI	X	Si	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.