ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MNT-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 22/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-39373	Fecha Inicio	20/01/22 9:10	Fecha Fin	20/01/22 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. MEDIDA	CONTRATISTA		CAMBIO	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

RESULTADOS APLICACIONES DIAGNOSTICO PACIENTE

En Mantenimiento	ISOMÉTRICO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (55-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)
22649	6.5	93.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila (5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	ISOMÉTRICO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (55-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)
22649	6.2	90.7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.