ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MANT-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN019 3982	Fecha Inicio	8/04/21	7:31	Fecha Fin	8/05/21	8:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

			DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN	REPORTE		CAMBIO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (4.5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	FILTROS (5 - 7cc)	FILTROS (5 - 7cc)	BASE (5 - 7cc)	CÓDIGO DE BARRAS: EXTC (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2892	60	62.7	8	SI	Si	N.A	SI	Si	Si	N.A	SI	Si	Baja Pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión salpicia de flujo	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (4.5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	FILTROS (5 - 7cc)	FILTROS (5 - 7cc)	BASE (5 - 7cc)	CÓDIGO DE BARRAS: EXTC (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2902	61	61.0											Presenta Medist Baja pureza

FIRMA MANTENIMIENTO