ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAN-FR-306
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN. 708B	Fecha Inicio	22/01/22 7:29	Fecha Fin	22/01/22 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTIDAD TERRITORIAL O EMPRESA DE SERVICIOS

							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (50 ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	GASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: GASE (30 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 40)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	14537	6.3	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (50 ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	GASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: GASE (30 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 40)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	14530	6.6	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	OK	Si	Si	Correct funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO