

Código Equipo	MN-0133	Fecha Inicio	25/10/22 9:00	Fecha Fin	25/10/22 10:34
---------------	---------	--------------	---------------	-----------	----------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	VALV. (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MOLLA (SI-NO)	OTRO (SI-NO)			
6319	6.1	44.3	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Mant. Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		NO				Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Móvil		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo cero)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	NO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES))	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión torreta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Ostentar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	VALV. (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MOLLA (SI-NO)	OTRO (SI-NO)			
20320	6.0	44.1	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Funciona correctamente		
FIRMA MANTENIMIENTO													W. Villar G.			