

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Aceller Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NW-21580** Fecha Inicio: **25/01/22 7:33** Fecha Fin: **25/01/22 9:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA / CARGO / CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	REVISIONES	ANIDAD

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)		
16179	6.1	94.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI		Cuest					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
8. CONTROL DE SOBRECARGA															
SI															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Cero Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL-10-ES)	SI
2	Fijo Máquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-10-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)		
16179	6.1	93.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Firma mgg Correctamente Wihren L	
FIRMA MANTENIMIENTO															