OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-309B	Fecha Inicio	26/01/22 7:34	Fecha Fin	26/01/22 9:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A-T Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ci-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ci-Hs)	Pila (Ci-Hs)	"Flujo x 0" (LO-EO)	REJILLAS (Ci-Hs)	FILTROS (Ci-Hs)	BASE (Ci-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ci-HO)	MAGIA (Ci-HO)	RUEDAS (Ci-Hs)	OBSERVACIONES
	13501	6.0	94.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man1. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.1V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + E (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión sujeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A-T Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ci-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ci-Hs)	Pila (Ci-Hs)	"Flujo x 0" (LO-EO)	REJILLAS (Ci-Hs)	FILTROS (Ci-Hs)	BASE (Ci-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ci-HO)	MAGIA (Ci-HO)	RUEDAS (Ci-Hs)	OBSERVACIONES
	13502	6.1	94.4	Si	Si	Si	E1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G