

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: SAGLIMA/P4-006 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2018 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	27255107964	Fecha Inicio	27/01/22	10:00	Fecha Fin	27/01/22	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	BAÑO	CLASIFICAR	OBSERVACIONES				
					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02		
7249	8.3	946	SI	SI	SI	SI	U.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma	NO								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobretensiones						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	OK pruek
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del Algoritmo Identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 2 (Cloro fluorometro)	Se verifica activación de alarmas (SL-LD-DS)	N.A
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LD-SS)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstacul manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02		
7250	8.3	943	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Fuera Correctamente Wilma G.
FIRMA MANTENIMIENTO														