ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN- 42773	Fecha Inicio	26/01/22 9:06	Fecha Fin	28/01/22 10:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALTA	DAÑO	CANT	OBSERVACIONES			PUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUXOMETRO (30 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Flujo a 0" (3.0-0)	REJILLAS (30 - 50)	FILTROS (30 - 50)	BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	MARCA (30 - 50)	RUEDAS (30 Hrs)	OBSERVACIONES
	42729	6.0	50.7	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Genera Alarma	No		SI X	Cal?	F1
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		X Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tennik	1			
	Tennik	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUXOMETRO (30 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Flujo a 0" (3.0-0)	REJILLAS (30 - 50)	FILTROS (30 - 50)	BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	MARCA (30 - 50)	RUEDAS (30 Hrs)	OBSERVACIONES
	42736.1	95.4	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.