ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-003
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	AN-626B	Fecha Inicio	27/01/22 9:40	Fecha Fin	29/01/22 11:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO			
			Switch encendido	1	X	Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ao)	Pila (El-Ao)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADO (El - Ao)	FILTROS (El - Ao)	BASE (Al - Ne)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Al - NO)	MARCH (El - NO)	RUIDOS (El-Ao)	OBSERVACIONES
	42356	6.6	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Busca	Si		Con Subrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Sw
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puerto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clamp flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ao)	Pila (El-Ao)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADO (El - Ao)	FILTROS (El - Ao)	BASE (Al - Ne)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Al - NO)	MARCH (El - NO)	RUIDOS (El-Ao)	OBSERVACIONES
	42357	6.3	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]