# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-003 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | MN-5843 | Fecha Inicio | 31/01/22 9:37 | Fecha Fin | 31/01/22 10:59 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SOLICITADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA DAÑO | REPARE DAÑO | | CANTIDAD | REPUESTO | REPUESTO AMARRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |
| | | | | | Si | | No | |

SINTOMA REPORTADO POR PACIENTE

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | Pila (5l-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | BOQUILLAS (5l - Min) | FILTROS (5l - Min) | GASE (5l - Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Min) | MANIJA (5l - Min) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21270 | 60 | 96.4 | 5l | 5l | 5l | 85 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | Mant. Correctivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | NO X | | SI | | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5l | Con Sobrecalentamiento | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventilador | 1 | | | |
| | filtro interno | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | Pila (5l-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | BOQUILLAS (5l - Min) | FILTROS (5l - Min) | GASE (5l - Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Min) | MANIJA (5l - Min) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21277 | 6.0 | 98.7 | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | Planeado Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.