ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/09/2019
Páginas 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-32723	Fecha Inicio	31/01/22 9:36	Fecha Fin	31/01/22 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACCESORIOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN	ACCESORIO	ESTADO	VERIFICADO CAMPAMA			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

SINTOMA REPORTADO EN EL FORMATO DE SERVICIO

ANTECEDENTES DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	15754	6.0	88.9	Si	Si	Si	BS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	21 min	Generó Alarma	No		SI	X	Cual?	Lo

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Aire	1			
	Tamiz	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LEO flujo o LEO amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Sin Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
15756	6.4	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

PERMA MANTENIMIENTO: Informativo