



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OX-0013-FR-003
 Versión 1 Fecha Actualización: 09/09/2019
 Página 1 de 3

Fecha Repetición: _____ Formulario #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **IN-8990** Fecha Inicio: **31/05/22** Fecha Fin: **31/05/22** Hora: **11:35**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
1. FALLA EN EL ESTADO DE MANTENIMIENTO	SI	NO		SI	NO
	SI	NO		SI	NO
	SI	NO		SI	NO
	SI	NO		SI	NO
	SI	NO		SI	NO
	SI	NO		SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	PIA	"Tiempo a 5"				001	002	003			
					(2-4)	(2-5)	(2-6)				(2-10)	(2-11)	(2-12)			
10310	6.0	88.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plan 7. Correctivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 2 min		Gener. Alarma: No		Cual? SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI		Baja		Mala					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas		SI		NO		4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI		Baja		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena		SI		NO		8. Con Sobrecalentamiento: SI					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	parte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera female	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	7. (a-b) (Clase Espinosa)	Se verifica activación de alarma (L1-LD-88)	OX
2	Prueba Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LRD amarillo y (L1-LD-88)	OX
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alivio	Observar ruidos de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Tiempo a 5"				001	002	003		
					(2-4)	(2-5)	(2-6)				(2-10)	(2-11)	(2-12)		
10311	6.2937		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciones Correctivas
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Firma]</i>	