ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 03/06/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: SN0127768 | Fecha Inicio: 09/04/22 10:00 | Fecha Fin: 09/04/22 11:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR (MOTIVO DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Mpa)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l - 8m)	FILTROS (5l - 8m)	BASE (5l - 8m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 8m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 8m)	RUEDAS (5l-8m)	OBSERVACIONES
	21827	63	89.2											Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO ESTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido ni es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Nutriente)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-EE)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Mpa)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-8m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5l - 8m)	FILTROS (5l - 8m)	BASE (5l - 8m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 8m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 8m)	RUEDAS (5l-8m)	OBSERVACIONES
	21828	6.3	86.3											Equipo Resist

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.