



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GMD/AMH-FR-003
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/08/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remedio # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **IN-2972B** Fecha Inicio: **13/04/22** Hora: **10:30** Fecha Fin: **13/04/22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

VALA	DANO	CLASIFICACION	CANTIDAD	CONSPORTE	REQUIERIDO	CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HOSIOMETRO	PRESION	ONOSIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BUSE	CODIGO DE BARRAS			RUCDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Fila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
100%	6291.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. Power A-10
1. DOLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma:		No	SI	Cual?							
2. BUJO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. CARGOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila 5.5 V	Se verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado a fuerza	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico Modificado: **Segun rubr. E2**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarma (LL-10 - S8)	
2	Fuga Mazon	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-10-S5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación del vértice de alivio	Observar escape de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HOSIOMETRO	PRESION	ONOSIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BUSE	CODIGO DE BARRAS			RUCDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Fila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
100%	6290.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Firma y Conceder de <i>[Signature]</i>
FIRMA MANTENIMIENTO															