ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-028
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DENTRO ACTIVIDADES EQUIPO

Código Equipo	NN 2258 B	Fecha Inicio	13/06/22 7:35	Fecha Fin	13/06/22 9:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO (DILIGENCIADO POR SERVICIO)

ÁREA	CAMA	PACIENTE	DIAGNÓSTICO	CANTIDAD	SOPORTE		PUESTO CAMBIADO	
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

DETALLES ADICIONALES ADQUIRIDOS EN EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SI)	RESPLAZ (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Cant (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: Marca (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	8502	6.0	93%	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	4 min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Suministr (Grande)	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - El)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-El)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SI)	RESPLAZ (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Cant (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: Marca (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	8503	6.3	93.2	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pruebas Correctivo Mt

FIRMA MANTENIMIENTO