

		INVERSIONES GRUPO SHALOM		V1-012021	
		NIT: 900659139-9			
		INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS			
CORRECTIVO			CLIENTE: OXIPRO		
MANTENIMIENTO APLICADO			FECHA: 15 -06-2022		
PREVENTIVO		CORRECTIVO	X		15 de junio de 2022
VERIFICACION		REPOTENCIACION			
INFORMACION DEL EQUIPO					
DESCRIPCION	SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO GENERAL.			HORAS #	864.4
MARCA	AIRSEP	MODELO	FREE STYLE	SERIE	CBB0218280074
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:					
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO		SERIAL		OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA		K21008810		BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS				BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR		CBC0218280078		BUEN ESTADO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO				SE ENTREGA SATURANDO 95%	
REVISION SISTEMA ELECTRICO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO				BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		SH (9907) SH (9906)		RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS				BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS				BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS				BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO					
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO GENERAL. POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORECTIVO SE ENTREGA CON UNA SATURACION DE 95%					
ESTADO INTERNO					
					
ESTADO EXTERNO Y SATURACION					
					
RECIBIDO A SATISFACCION					
MARIA ORTIZ				FECHA	
		15	6	2022	
SOPORTE TECNICO		CLIENTE			