



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAS-100M-FR-005
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 04/06/2016
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **M-22213** Fecha Inicio: **17/06/22 7:35** Fecha Fin: **17/06/22 9:27**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO V FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	CAUSAS	EFECTOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESOLUCIÓN	REPARACIÓN	REVISIÓN	REVISIÓN

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DESGASEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GRASAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"F" en "a" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	ALABRA (SI/NO)	SI/NO		
431	6.1	57.0	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Plant. Correctas
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Zona		Genero Alarma		No		SI		Cual?		E1	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI/NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		NO		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES															
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica condición neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera de aire	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Púlp - 0 (Cero Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E3)	ER
2	Púlp Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L0-E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de Rqj	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de vibrado de aire	Cortar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DESGASEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GRASAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"F" en "a" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	ALABRA (SI/NO)	SI/NO		
431	6.3	94.4	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funcion Correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO														W. Ma. C.	