ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4254B	Fecha Inicio	22/06/22 10:21	Fecha Fin	22/06/22 12:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTARIO EQUIPO DE SERVICIO

PLACA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6Lx)	FILTROS (5 - 6Lx)	BASE (5 - 6Lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 6Lx)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 6Lx)	RUEDAS (5 - 6Lx)	OBSERVACIONES
	3394	6.0	90.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Genero Alarma	No	Si X	Cual?	ES
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	5. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Buena X / Mala
3. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta flujo	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desaplicación eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - 6Lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6Lx)	FILTROS (5 - 6Lx)	BASE (5 - 6Lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 6Lx)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 6Lx)	RUEDAS (5 - 6Lx)	OBSERVACIONES
	3390	6.2	97	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO