

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **Nº-1287B** Fecha Inicio: **23/06/22** 7:30 Fecha Fin: **23/06/22** 9:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO  V FECHA INICIO AISLAMIENTO:  FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	ELABORADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	D. REPORTE	REPUERTO	REPUERTO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOMOIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Flujo (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJ (SI/NO)	SI/NO		
20/11/22	62	92.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	mant. preventivo	
1	CICLADO	Tiempo de la prueba		90min	Genero Alarma	NO	SI	Cual?							
2	RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	NO	3	ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Mala	4	SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala			
3	DAÑOS IDENTIFICADOS														
5	ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7	CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar flujo/vent)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EI)	ES
2	Puyo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-EI))	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de flujo	Cambiar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOMOIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Flujo (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJ (SI/NO)	SI/NO		
20/11/22	62	92.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento	

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*